

分析报告单

检验专用章  
(1)

品名: 抗坏血酸  
批号: 20130823  
级别: 分析纯  
检验依据: GB/T 15347-1994  
分子式:  $C_6H_8O_6$   
分子量: 176.13  
检验日期: 2013-08-23

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量( $C_6H_8O_6$ )	$\geq 99.7\%$		99.7%
比旋光度 $[\alpha]_D^{20}$	$+20.5^\circ \sim +21.5^\circ$		合格
澄清度试验	合格3#		合格
灼烧残渣(以硫酸盐计)	$\leq 0.05\%$		$< 0.05\%$
干燥失重	$\leq 0.1\%$		$< 0.1\%$
氯化物(Cl)	$\leq 0.005\%$		$< 0.005\%$
硫酸盐( $SO_4$ )	$\leq 0.002\%$		$< 0.002\%$
铁(Fe)	$\leq 0.0002\%$		$< 0.0002\%$
重金属(以Pb计)	$\leq 0.001\%$		$< 0.001\%$

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 叶婉婉