

分 析 报 告 单

检验专用章
(1)

品 名: 中性树胶
批 号: 20170412
级 别: 显微镜用
检验依据: Q/GHKJ 390-2014
分子式: -
分子量: -
检验日期: 2017-04-12

检 验 项 目	指 标	检验结果
折光率(n_D)	1.5216~1.5240	合格
酸值(以KOH计), mg/g	≤ 20	<20
二甲苯溶解试验	合格	合格

结论: 符合显微镜用规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 林畅柔