

分析报告单



品名: 中性树胶  
批号: 20161205  
级别: 显微镜用  
检验依据: Q/GHKJ 390-2014  
分子式: -  
分子量: -  
检验日期: 2016-12-05

检 验 项 目	指 标	检 验 结 果
折光率( $n_D$ )	1.5216~1.5240	合格
酸值(以KOH计), mg/g	$\leq 20$	<20
二甲苯溶解试验	合格	合格

结论: 符合显微镜用规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 蔡诚