



品名：L(+)-抗坏血酸
批号：20210808
级别：分析纯
检验依据：GB/T 15347-2015
分子式： $C_6H_8O_6$
分子量：176.09
检验日期：2021-08-08

检验项目	指标	检验结果
含量($C_6H_8O_6$)，%	≥ 99.7	99.7
比旋光本领, $\alpha_m(20^\circ C, D)$ ， $(^\circ) \cdot m^2/kg$	+20.5~+21.5	合格
澄清度试验，号	≤ 3	<3
灼烧残渣(以硫酸盐计)，%	≤ 0.05	<0.05
干燥失重，%	≤ 0.1	<0.1
氯化物(Cl)，%	≤ 0.005	<0.005
硫酸盐(SO_4)，%	≤ 0.002	<0.002
铁(Fe)，%	≤ 0.0002	<0.0002
重金属(以Pb计)，%	≤ 0.001	<0.001
以下空白		

结论：本品按 GB/T 15347-2015 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人：洪朝辉

复核人：周一朗

检验人：黄新梅