



品 名： 无水乙酸钠  
批 号： 20210312  
级 别： 分析纯  
检验依据： GB/T 694-2015  
分 子 式： CH<sub>3</sub>COONa  
分 子 量： 82.03  
检验日期： 2021-03-12

检验项目	指标	检验结果
含量(CH <sub>3</sub> COONa) , %	≥99.0	99.9
pH值(50g/L; 25℃)	7.5~9.0	合格
澄清度试验 , 号	≤3	<3
水不溶物 , %	≤0.005	<0.005
氯化物(Cl) , %	≤0.002	<0.002
硫酸盐(SO <sub>4</sub> ) , %	≤0.003	<0.003
磷酸盐(PO <sub>4</sub> ) , %	≤0.0005	<0.0005
镁(Mg) , %	≤0.0005	<0.0005
铝(Al) , %	≤0.001	<0.001
钙(Ca) , %	≤0.005	<0.005
铁(Fe) , %	≤0.0005	<0.0005
重金属(以Pb计) , %	≤0.001	<0.001
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 694-2015 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 陈焕裕