



品名：氯化钾
批号：20210326
级别：分析纯
检验依据：GB/T 646-2011
分子式：KCl
分子量：74.55
检验日期：2021-03-26

检验项目	指标	检验结果
含量(KCl) , %	≥99.5	99.9
pH值(50g/L溶液;25℃)	5.0~8.0	合格
澄清度试验 , 号	≤3	<3
水不溶物 , %	≤0.005	<0.005
碘化物(I) , %	≤0.002	<0.002
溴化物(Br) , %	≤0.02	<0.02
硫酸盐(SO ₄) , %	≤0.002	<0.002
总氮量(N) , %	≤0.001	<0.001
磷酸盐(PO ₄) , %	≤0.0005	<0.0005
钠(Na) , %	≤0.02	<0.02
镁(Mg) , %	≤0.001	<0.001
钙(Ca) , %	≤0.003	<0.003
铁(Fe) , %	≤0.0003	<0.0003
钡(Ba) , %	≤0.001	<0.001
重金属(以Pb计) , %	≤0.0005	<0.0005
以下空白		

结论：本品按 GB/T 646-2011 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 林璇