



品 名： 次氯酸钠溶液
批 号： 20210714
级 别： 分析纯
检验依据： Q/GHKJ 210-2017
分 子 式： NaClO
分 子 量： 74.44
检验日期： 2021-07-14

检验项目	指标	检验结果
活性氯， %	≥5.5	11.1
游离碱(以NaOH计)， %	0.1~1.0	合格
铁(Fe)， %	≤0.003	<0.003
砷(As)， %	≤0.0005	<0.0005
重金属(以Pb计)， %	≤0.002	<0.002
以下空白		

结论： 本品按 Q/GHKJ 210-2017 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注：

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 谢育明