



品 名: 中性树脂
批 号: 20220708
级 别: 显微镜用
检验依据: Q/GHKJ 390-2017
分 子 式: --
分 子 量: --
检验日期: 2022-07-08

| 检验项目 | 指标 | 检验结果 |
|-------------------------|---------------|------|
| 折光率(n ₂₀ /D) | 1.5216~1.5240 | 合格 |
| 酸值, mgKOH/g | ≤20 | <20 |
| 二甲苯溶解试验 | 合格 | 合格 |
| 以下空白 | | |

结论: 本品按Q/GHKJ 390-2017检验, 结果符合显微镜用规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 何恒达