



品名: 氯化钠
批号: 20240310
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 1266-2006
分子式: NaCl
分子量: 58.44
生产日期: 2024-03-10

检验项目	指标	检验结果
氯化钠(NaCl), %	≥99.5	99.8
pH值(50g/L; 25°C)	5.0~8.0	合格
澄清度试验, 号	≤3	<3
水不溶物, %	≤0.005	<0.005
干燥失量, %	≤0.5	<0.5
碘化物(I), %	≤0.002	<0.002
溴化物(Br), %	≤0.01	<0.01
硫酸盐(SO ₄), %	≤0.002	<0.002
总氮量(N), %	≤0.001	<0.001
磷酸盐(PO ₄), %	≤0.001	<0.001
砷(As), %	≤0.00005	<0.00005
镁(Mg), %	≤0.002	<0.002
钾(K), %	≤0.02	<0.02
钙(Ca), %	≤0.005	<0.005
六氰合铁(II)酸盐〔以Fe(CN) ₆ 计〕, %	≤0.0001	<0.0001
铁(Fe), %	≤0.0002	<0.0002
钡(Ba), %	≤0.001	<0.001
重金属(以Pb计), %	≤0.0005	<0.0005
以下空白		

结论: 本品按GB/T 1266-2006检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张林锋

复核人: 李利飞

检验人: 陈林青