



品名: 氯化钾
批号: 20240407
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 646-2011
分子式: KCl
分子量: 74.55
生产日期: 2024-04-07

检验项目	指标	检验结果
含量(KCl), %	≥ 99.5	99.8
pH值(50g/L溶液; 25℃)	5.0~8.0	合格
澄清度试验, 号	≤ 3	<3
水不溶物, %	≤ 0.005	<0.005
碘化物(I), %	≤ 0.002	<0.002
溴化物(Br), %	≤ 0.02	<0.02
硫酸盐(SO ₄), %	≤ 0.002	<0.002
总氮量(N), %	≤ 0.001	<0.001
磷酸盐(PO ₄), %	≤ 0.0005	<0.0005
钠(Na), %	≤ 0.02	<0.02
镁(Mg), %	≤ 0.001	<0.001
钙(Ca), %	≤ 0.003	<0.003
铁(Fe), %	≤ 0.0003	<0.0003
钡(Ba), %	≤ 0.001	<0.001
重金属(以Pb计), %	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论: 本品按GB/T 646-2011检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张林锋

复核人: 李利飞

检验人: 林庆斌